

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Giltig från: 2024-11-07

Innehållsansvar: Aleksandar Spasojevic, (alesp1), Specialröntgensjuksköterska

Giltig till: 2026-10-29

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Uretrasfinkter (artificiell) AMS 800

Undersökningen utförs på undersökningsrum med genomlysning.

Us kod/Us namn 501000 – Urinvägsöversikt

Indikation Lägeskontroll av reservoaren och slangarna i sfinktersystemet.

Förberedelser

Granska remiss och ev. tidigare undersökningar.

ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet.

Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS.

Avlägsna föremål som skymmer us-området.

Graviditet skall tillfrågas fertila kvinnor (15–45 år). Om gravid skall radiolog bedöma huruvida undersökningen är berättigad eller ej.

Gonadskydd skall användas på pojkar/män under 50 år, om inte gonadskyddet riskerar att dölja diagnostisk information eller riskerar att påverka dosautomatiken.

Sätt sidomarkering.

Ev. medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd.

Kontrastmedel	Nej.
Bildtagning/Projektioner	
Frontal	Patienten ligger på rygg.
Centrering	Centrering över AMS 800 som oftast sitter på vänster sida.
Vinkel	0°
Kriterier	Hela AMS 800 med på bild. Se till att du kan följa slangen från reservoaren till sfinktern kring uretra respektive pumpen i skrotum. Om man inte kan följa slangen tas en vridbild i ryggläge.
FFA	110 – 150 cm
Sida	
Sida	Patienten ligger på rygg. Horisontell strålriktning.
Centrering	Centrering över AMS 800.
Vinkel	90°
Kriterier	Hela AMS 800 med på bild. Se till att du kan följa slangen från reservoaren till sfinktern kring uretra respektive pumpen i skrotum.
FFA	110 – 150 cm

På begäran av radiolog

Frontal	Patienten ligger på rygg. Patienten pumpar för miktion
Centrering	Centrering över AMS 800 som oftast sitter på vänster sida.
Vinkel	0°
Kriterier	Hela AMS 800 med på bild. Se till att du kan följa slangen från reservoaren till sfinktern kring uretra respektive pumpen i skrotum. Om man inte kan följa slangen tas en vridbild i ryggläge.
FFA	110 – 150 cm

Strålskydd Se under rubriken förberedelser

Ansvar Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Dokumentation Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss

Övrigt Anamnes i remiss: Inkontinens, fått AMS 800

Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder

Bilder skickas till BFR

Referenser [Strålsäkerhet](#)

Ansvar

Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Uppföljning, utvärdering och revision

Innehållsansvariga säkerställer att revidering görs minst vartannat år. Rutinen arkiveras i aktuellt dokumenthanteringssystem och ska hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkiveringar av allmänna handlingar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Radiologi

Innehållsansvar: Aleksandar Spasojevic, (alesp1),
Specialröntgensjuksköterska

Granskad av: Aleksandar Spasojevic, (alesp1),
Specialröntgensjuksköterska, Ivan Cetinic, (ivace1), Specialistläkare

Godkänd av: John Brandberg, (johbr4), Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9802-1816834204-1183

Version: 7.0

Giltig från: 2024-11-07

Giltig till: 2026-10-29