

Gäller för: Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska

Giltig från: 2026-02-25

Innehållsansvar: Hanna Drougge, (handr1), Överläkare

Giltig till: 2028-02-25

Godkänd av: Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

# Flow-I anestesystem vid barnanestesi

## Revideringar i denna version

Engångsslang coaxial har utgått, använd barnslangar engångs eller vuxenslangar engångs istället.

## Arbetsbeskrivning

**Spädbarn < 5 kg** Engångs- alt. flergångsslangar med innerdiameter **15** mm med tillhörande nipplar, Y-stycke och samplingsadapter (rak eller böjd) ansluts. 1 liters manuell andningsblåsa. Patientnära filter används ej.

**Barn 5-25 kg** Engångs- alt. flergångsslangar med diameter **15** mm med tillhörande nipplar, Y-stycke och samplingsadapter (rak eller böjd) ansluts. Vattenfällor vid behov. 1 liters manuell andningsblåsa < 20 kg. Patientnära filter endast vid behov.

**Andningsblåsa** 1 liters manuell andningsblåsa < 20 kg.

**Filter** Filter PHARMA MINI kan användas vid tidalvolym 50-900 ml.

**Inställning** För barn < 20 kg väljs förinställning ”BARN”.

Engångsslangar kasseras efter varje patient då patientfilter ej har använts. Y-stycke och samplingsadapter byts mellan varje patient.

## Syfte

Vid barnanestesi anpassas utrustningen efter barnets vikt.

Säkerställa en rutin vid val av utrustning till FLOW-i i samband med barnanestesi.

## Ansvar

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs.

Vårdenhetschef och/eller vårdenhetsöverläkare har ansvaret för utförandet av rutinen samt för att rutinen är känd och följs på respektive enhet.

## Uppföljning, utvärdering och revision

Ansvarar för uppföljning/revision av innehållet i rutinen ligger på teknikansvarig anestesistjuksköterska och vårdenhetsöverläkare på operation 6 An/Op/Iva omr 5 SU.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras.

## Sökord

Anestesi

Barn

FLOW-i

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård  
Sahlgrenska

**Innehållsansvar:** Hanna Drougge, (handr1), Överläkare

**Godkänd av:** Peter Dahm, (petda5), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SU9805-1593997-1064

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2026-02-25

**Giltig till:** 2028-02-25