

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Päivi Kyllönen, (paiky), Sjuksköterska

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-14

Giltig till: 2027-02-14

Urosys, kontroller

Syfte

Rutin för hur, när och av vem som kontroller av Urosys (urinapparat) ska utföras för att kvalitetssäkra analyssvar av urinsticka samt Hcg på Akutmottagningen NÄL.

Genomförande

“Checklista kontroller urinsticka/CG” för signering och instruktion för hur kontrollen finns i sköljrummen.

Kontroll dagar för urinstickor

Onsdag efter kl.08:00, utförs av:	Torsdag efter kl.08:00, utförs av:
USK Team röd	USK Team barn
USK Team ortoped	USK Team Medicin

Kontroll dagar för Hcg

Analys varje 28:de dag kl.14:00, utförs av:
USK Team Röd
USK Team Ortoped
USK Team Barn
USK Team Medicin

Missade analyser Hcg

Om analys för Hcg missats/uteblivit och apparaten har låst sig förskjuts dagarna och timern nollställs den dagen analysen genomförs.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Akutmottagning

Innehållsansvar: Päivi Kyllönen, (paiky), Sjuksköterska

Granskad av: Jörgen Hjärpe, (jorhj1), Undersköterska, Daniel Vestberg, (danve1), Överläkare

Godkänd av: Mie Jidetoft, (miepe1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10032-992003340-307

Version: 1.0

Giltig från: 2025-02-14

Giltig till: 2027-02-14