OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Fysioterapi Uddevalla Sjukhus, Fysioterapi NÄL
Innehållsansvar: Mimmi Landelius, (mimla4), Fysioterapeut
Granskad av: Lisa Gustafsson, (lisgu27), Vårdenhetschef
Godkänd av: Jonas Blank, (jonbl1), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-07-01
Giltig till: 2028-07-01

Inhalator med nebulisering - Nebulisator Fysioterapi, NU-sjukvården

Syfte

Standardisera arbetssättet vid utprovning av nebulisator för fysioterapeuter inom NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Sammanslagning och omformulering av två befintliga dokument till ett NU-gemensamt.

Bakgrund

I NU-sjukvården ordineras nebulisator av behandlande läkare och provas ut av fysioterapeut. Rutinen finns för att tydliggöra fysioterapeutens arbetsgång i samband med utprovning av nebulisator på vårdavdelningar och mottagningar inom NU-sjukvården.

Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning fysioterapeut

- Läkaren förskriver en nebulisator och dokumenterar detta i patientjournalen samt anger plan för uppföljning av nebulisatorn och dess förbrukningsartiklar när patienten gått hem. Ansvarig för uppföljning är NU-sjukvårdens läkare eller läkare på patientens vårdcentral.
- Fysioterapeuten är ansvarig för utprovning, utlämning av nebulisator, journalföring av hjälpmedel samt registrering i websesam.
- På NÄL finns nebulisatorer i buffertförråd 304, inga nebulisatorer finns tillgängliga i Uddevallas buffertförråd 326. Inför utprovning på Uddevalla sjukhus tar fysioterapeuten kontakt med sakkunnig fysioterapeut på NÄL för att få nebulisator skickad till Uddevalla och fysioterapeuten på NÄL registrerar nebulisatorn i websesam. Fysioterapeuten på Uddevalla sjukhus lämnar sedan ut låneförbindelsen på det förskrivna hjälpmedlet.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

- Utlämning sker med utgångspunkt från nebulisatorns bruksanvisning samt praktisk relaterad information, var god se nedan.
- Rengöring och torkning av nebulisatorns delar bör alltid utföras före första användning.
- Om patienten inte kan använda inhalationsmunstycke provas tillhörande mask ut (mask med utandningsventil).

Praktisk genomgång med patienten:

1. Instruera patienten kring vikten av god handhygien inför varje inhalation för att undvika att virus och bakterier kommer ner i luftvägarna.
2. Montera nebulisatorn enligt anvisning.
3. Visa var läkemedlet hälls i.
4. Instruera hur inhalationen ska genomföras. Patienten ska andas in långsamt och lagom djupt för att inhalationen ska sprida sig genom luftvägarna, sedan andas ut långsamt och fullständigt i munstycket.
5. Informera om rengöringsrutiner enligt tillverkarens skriftliga bruksanvisning. Var noga med att alla delar får torka helt.
6. Be patienten att repetera förfarandet.
7. Om patienten inte klarar att sköta inhalationen ska anhörig eller övrig vårdpersonal kunna utföra detta. Det är då vårt uppdrag att säkerställa att anhörig eller annan kontaktperson har den kunskap som behövs. Lokala rutiner skall finnas för samtliga arbetsgivare.
8. Informera patienten eller kontaktpersonen att förbrukningsdelarna ska bytas ut enligt bruksanvisningen. Ett nebuliseringsset innehållande filter och anslutningsslang ska bytas 1 gång/år. Säkerställ att läkare informerat patienten om vart de ska vända sig.

Referenser och relaterade dokument

Handbok för personliga hjälpmedel inom hälso- och sjukvård - Public_VardsamverkanVG

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Fysioterapi Uddevalla Sjukhus, Fysioterapi NÄL

Innehållsansvar: Mimmi Landelius, (mimla4), Fysioterapeut

Granskad av: Lisa Gustafsson, (lisgu27), Vårdenhetschef

Godkänd av: Jonas Blank, (jonbl1), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10040-1902165809-43

Version: 5.0

Giltig från: 2026-07-01

Giltig till: 2028-07-01