

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL  
Innehållsansvar: Elin Ågren, (eliag2), Sjuksköterska  
Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare  
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-12-17

Giltig till: 2026-12-02

# Q Di 403 Avslut av dialysbehandling via AV-fistel/AV-graft

---

1 ex i avdelningspärm

Endast mindre eller språkliga förändringar i denna revidering

## Bakgrund

Basala hygienrutiner är den absolut viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården. Den skall konsekvent tillämpas i alla vårdsituationer och av all personal, oavsett diagnos och vårdgivare.

Att utifrån medicinsk forskning, evidensbaserat handhavande och beprövad erfarenhet kring patientens kärlaccess minska risken för accessrelaterade infektioner och komplikationer.

Se Q Di 426 Kunskapsöversikt; tillgång till blodbanan-access

## Syfte

Att skapa tydlig och lättförståelig lokal rutin för personal och egenvårdspatienter, detta som en del av kvalitetsarbetet kring patientens kärlaccess.

Samt förtydliga vikten av; att all personal samt egenvårdspatienter har en samsyn vad gäller avdelningens rutiner och arbetssätt

## Till dialysavslut behöver du:

Plastförkläde, munskydd alt. visir

Rena handskar

Förband enl. SVP AV-fistel/ Graft

## Utförande:

Ta på förkläde, munskydd, visir och handskar

Avsluta behandlingen enl. maskinens manual/instruktioner.

Välj återgivningsätt efter situation.

1. Online closed circuit, - Koksalt -Online.
- Använd propparna på primingpåsen/valfripropp från maskinens slangset och sätt dom på kanylslangarna när du kopplar ifrån.  
Ge tillbaka blodet tills återgivningslarm erhålles.  
Koppla ifrån venslangen så att slutet system bildas.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Tag bort dialysnålarna (ev. en i taget) och tryck över stickställena ca 10-15 minuter. Grafter komprimeras alltid i minst 15 min. Tänk på att trycka där nålen perforerat graftet, inte bara där utgången i huden är.

OBS! Det är en hårfin balans mellan tillräckligt tryck för att förhindra blödning och överdrivet tryck som kan orsaka tromboser.

**Råd vid val av material vid avslut:**

Första handsval är sterila kompresser och linda. Använd de sterila kompresserna som finns i avslutningssetet.

2:a Blodstillande vadd (Hemostop), sterila kompresser och linda.

3:e Mozaik, sterila kompresser och linda.

Blodstillande vadd (Hemostop) 7 kr/styck

Mozaik 30kr (2-pack)

När blödningen avstannat, inspektera stickställena; svullnad, hematom?

Sätt på förband. Enl SVP AV-fistel/graft alt. Enl. Q Di 432/433

Ta bort förband efter 4 timmar, annars finns ökad risk för irritation och infektion.

Dokumentera parametrar på LOT listan.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Elin Ågren, (eliag2), Sjuksköterska

**Granskad av:** Mary Dena, (marde36), Överläkare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10066-406871065-113

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2024-12-17

**Giltig till:** 2026-12-02