

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL
Innehållsansvar: Elin Ågren, (eliag2), Sjuksköterska
Godkänd av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Giltig från: 2026-05-06

Giltig till: 2028-04-28

Dragning av CDK (ej tunnelerad), femoraliskateter Q Di 418

1 ex i avdelningspärm

TILL DRAGNING AV CDK BEHÖVER DU:

Plastförkläde

Rena handskar

Munskydd eller visir. (Vid blodburen smitta eller ”okänd” patient är visir obligatoriskt)

Sterila kompresser

Klorhexidinsprit 5mg/ml

ViTri sårfilm el liknande

Katetern dras på ordination av läkare.

UTFÖRANDE:

Patienten ligger i säng

Lossa förbandet

Tvätta med klorhexidinsprit 5 mg/ml.

Be patienten ta ett djupt andetag och hålla andan medan katetern dras ut.

Jugularis/subclaviakateter: Under trycktiden lätt höjd huvudända.

Komprimera manuellt över insticks stället i kärlet under 20 min.

Sätt på steril kompress samt IV 3000 el liknande när blödningen avstannat.

Patienten kvarstannar 30 min innan hemgång. Pat ska vara uppegående och förbandet inspekteras på ev blödning.

Under trycktiden tippas sängen tillbaka med lätt höjd huvudända.

Sterilt förband över insticksstället.

Innan hemgång ska patienten vara uppegående på avd och förbandet inspekteras.

Femoraliskateter: tryck med tyngdpunkten uppåt mot buken minst 20 min. Sterilt förband över insticksstället. Sängläge med sandsäck två timmar och observation av ev. blödning.

Innan hemgång ska patienten vara uppegående på avd och förbandet inspekteras.

Be patienten observera förbandet så ny blödning inte uppstår. Informera patienten att ta kontakt med Dialysmottagningen eller avd 42 om blödning skulle uppstå.

Vid ev. odling av CDK-spets. Ordineras av läkare

Material:

Odlingsremiss

NaCl 2 st 10 ml ampuller

Odlingsrör (vitt med gul kork) fylles med 1 ml NaCl)

Steril sax

Steril pincett

Tillvägagångssätt:

Tvätta insticksstället med NaCl.

Därefter tas ev. suturer

När CDK dras var två personer. (Ta med en erfaren sjuksköterska om du känner dig osäker)

Det är viktigt att dra ut CDK snabbt och därefter komprimera över instickstället. Detta för att minska risken för kontamination.

En som drar och en som håller odlingsröret och klipper CDK'n. Klipp av CDK- spetsen ned i röret med steril sax.

OBS! Tänk på att ej vidröra och kontaminera spetsen.

Dokumentera alltid i journalen

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Elin Ågren, (eliag2), Sjuksköterska

Godkänd av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Dokument-ID: NU10066-406871065-121

Version: 11.0

Giltig från: 2026-05-06

Giltig till: 2028-04-28