

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-05-27

Giltig till: 2027-05-27

## Styra Innohepdos behörighet för sjuksköterska Q Di 453

---

1 ex i avdelningspärm

Sjuksköterska vid dialysmottagningen får styra antikoagulantia utöver ordinerad dos enl tabell nedan iv i samband med dialysbehandling.

Om röda filter / koagel i venkammaren fundera på innan höjning av innohep dos;

Är Hb högt? Har Qb varit lägre än vanligt?

Infektion? Vid infektion kan en tillfällig höjning behövas.

Om vita filter gradering 0-1 sänk innohep dos enl skala nedan omvänd ordning.

Innohep ges efter filtret i venporten direkt vid start

### Doserings tabell

Starta med:	Öka till:
2500E	3500E
3500E	4500E
4500E	5000E ( 2500+2500)
5000E	6000 E ( 2500+3500)
6000E	7000E (2500E+4500E)
7000E	7500E (2500+2500+2500)

Max dos är 7500E om högre doser krävs diskutera med Dialysläkare.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Mary Dena, (marde36), Överläkare

**Granskad av:** Mary Dena, (marde36), Överläkare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10066-406871065-135

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-05-27

**Giltig till:** 2027-05-27