

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2026-01-27

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Giltig till: 2028-01-26

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Andvändning av mobiltelefon, dator och annan icke medicinsk utrustning Q Di 463

1 ex i originalpärm

Dialysmottagningen, NÄL

- Mobiltelefon och dator med får användas med ett säkerhetsavstånd på 1 m till dialysmaskin och 3 m till annan medicinteknisk utrustning.
- Endast batteridriven utrustning får användas under dialysbehandling. (ej nätanslutan)
- Används elnätsansluten apparat, TV, DVD-spelare eller musikspelare får den inte kunna vidröras av patienten, utan manövreras med fjärrkontroll.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47),
Vårdenhetschef

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-144

Version: 9.0

Giltig från: 2026-01-27

Giltig till: 2028-01-26