

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL
Innehållsansvar: Mary Dena, (marde36), Överläkare
Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-25

Giltig till: 2026-11-19

Hantering av dialyspreparat i läkemedelsmodul Q Di 516

1 ex i originalpärm

Ordineras via ordinationsmallar alltid enligt ”PM” och schema.
Nyinsättning/ändring görs av läkare eller vanligtvis av dialyssjuksköterska (som då väljer ansvarig läkare som signerar =godkänner ordinationen)
Vid pilning väljs ”Dialys Läkare enl Q Di 515.

- Dialyskoncentrat:** Behandlingsnatrium noteras som en anvisning.
Behandlingskalium noteras som anvisning.
Anges som ”st”.
- Bi Bag:** Standard för bikarbonat är 34 mmol/L, om avvikande noteras detta som en anvisning.
Anges som ”st”.
- Dialysator:** Dosenhet ”st”. Ange vilket filter i anvisningsrutan.
- Innohep:** Varje injektion ordineras för sig. D v s, om patienten har en startdos och ytterligare en dos under dialys, ska dessa anges var för sig i ordinations- och utdelningsdelen.
- enl Q Di 523 Järn:** Välj schema och aktuellt intervall, skriv i anvisning.
- enl Q Di 523 ESL :** Varje styrka ordineras för sig. Anges som ”E”.
(Erytrocyt stimulerande läkemedel)
- CDK-lås:** Lägg till skänkelrymden i anvisningen.
Enligt följande ex: A 2,0 ml V 2,1 ml

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-161

Version: 12.0

Giltig från: 2024-11-25

Giltig till: 2026-11-19