

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL
Innehållsansvar: Tina Ladegaard, (tinla2), Sektionsledare
Godkänd av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Giltig från: 2026-02-21

Giltig till: 2028-02-17

Aqua Uno Fresenius

Kontrollprogram/konduktivitet

mobil vattenreningsanläggning Q Di 607

Kontrollprogram/konduktivitet för mobil vattenreningsanläggning AQUA UNO, Fresenius

1 ex i avdelningspärm 1 ex i loggbok mobilvattenrenings anläggning

Konduktivitet avläses före varje dialysbehandling

Datum	Konduktivitet	Sign	Datum	Konduktivitet	Sign	Datum	Konduktivitet	Sign

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Tina Ladegaard, (tinla2), Sektionsledare

Godkänd av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Dokument-ID: NU10066-406871065-170

Version: 6.0

Giltig från: 2026-02-21

Giltig till: 2028-02-17