

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2025-02-11

Innehållsansvar: Leena Johansson, (leejo), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2027-02-11

Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

# Ansvarsförbindelse för hembloddialyspatient Q Di 628

---

1 ex i avdelningpärm, 1 ex i patients hem journal samt 1 ex i klinikens patientjournal

Patienten ansvarar för att:

- Iordningställa dialysmaskin för behandling, starta och avsluta dialysbehandlingen och åtgärda eventuella larm
- Registrera batchnummer på koncentrat, bikarbonat, filter och slangar vid varje dialys
- Sticka sig själv i sin AV-fistel/graft alternativt förbereda CDK enligt rutin
- Följa givna dialys ordinationer
- Ultrafiltrera max ..... ml vätska per timme
- Dokumentera vid varje dialystillfälle enligt rutin
- Maskinen alltid desinfekteras enligt rutin efter behandling eller minst var tredje dag och att maskinen torkas av.
- Blodprover tas enligt överenskommelse
- Vattenprover tas enligt rutin
- Telefon finns tillgänglig under behandling

Om någon punkt inte följs av patienten har ansvarig personal på Dialys och Njursviktsmottagningen skyldighet att ompröva beslutet att sköta sin dialysbehandling i hemmet.

Datum .....

Underskrift .....

Namnförtydligande .....

Patient

Underskrift .....

Namnförtydligande .....

Läkare

Underskrift .....

Namnförtydligande .....

Sjuksköterska

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

**Innehållsansvar:** Leena Johansson, (leejo),  
Specialsjuksköterska

**Granskad av:** Mary Dena, (marde36), Överläkare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10066-406871065-175

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2025-02-11

**Giltig till:** 2027-02-11