

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL
Innehållsansvar: Tina Ladegaard, (tinla2), Sektionsledare
Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-10-07

Giltig till: 2027-10-07

HemHd-patient med dialysrelaterade problem Q Di 640

1 ex i avdelningspärm

- Om HemHD-patienter ringer och har dialysrelaterade problem:
Ta reda på om de behöver dialysbehandling eller kontroll av access (i så fall sker detta på rum 13).
- Vid maskinproblem:
Felanmälning görs antingen till Fresenius tekniska service eller till sjukhusets tekniker beroende på vilket serviceavtal de tillhör. Patienten vet själv vilket avtal de tillhör.

- Fresenius tekniska service

Tel: 08-594 77 615

E-post: tekniskservice@freseniusmedicalcare.com

- Sjukhusets tekniker

Jan Tel. dagtid 073-5946448

E-post: jan.mattsson@vgregion.se

Martin Tel.dagtid 072-2036194

E-post: martin.lansman@vgregion.se

MTA Tel.dagtid 010-4352800

Beskriv problemet, de läser mail på morgonen och ringer tillbaka till mottagningen.

- Kopia på mail till:

Eva-lis eva-lis.henriksson@vgregion.se

Anita anita.l.fredriksson@vgregion.se

Kontakta Vec Eva Lis, Sektionsledare Anita eller Tina nästkommande vardag för planering. Informera HemHd sjuksköterska Tina och/eller Leena som kontaktar patienten.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Tina Ladegaard, (tinla2), Sektionsledare

Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-176

Version: 7.0

Giltig från: 2025-10-07

Giltig till: 2027-10-07