

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Emma Johansson, (emmjo34), Specialsjuksköt

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-07-12

Giltig till: 2026-07-10

Påsbyte PD med Baxter duosystem (Q Di 806)

Ett exemplar i originalpärm.

Förändringar sedan föregående version

Endast språkliga eller mindre förändringar i denna revidering.

Bakgrund och syfte

Steg-för-steg instruktion för manuellt CAPD-byte med Baxters duosystem.

Detta behövs

- PD-påse - rätt styrka och uppvärmd
- Påsklämmor 2 stycken
- Jodhatt (aggregatskydd)
- Handsprit
- Ytdesinfektion
- Papper för att torka av arbetsytan
- Papper att skydda kläderna mot jod vid ihopkoppling

Genomförande

1. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.
2. Torka arbetsytan med ytdesinfektion.
3. Öppna ytterpåsen på PD-påsen. Trycktesta påsen, kontrollera utgångsdatum, om vätskan är klar och fri från partiklar.

4. Häng upp den fyllda påsen på ett stativ och knäck brystiftet mellan de två kamrarna. Dra ut slangarna, låt den tomma påsen ligga på golvet.
5. Lägg fram papper för att skydda från jod på kläder eller sängkläder.
6. Förbered PD-katetern med aggregatet, lätt tillgängligt.
7. Sprita händerna! Låt dunsta.

Alternativ A

1. Tag slangkopplingen, placera Y:et mellan vänster hands långfinger och ringfinger, den färgade korken upp mot handryggen.
2. Tag aggregatet i samma hand mellan tummen och pekfingeret.
3. Tag bort den färgade korken från slangsetet och jodhatten från aggregatet.
4. Tag aggregatet med höger hand, koppla ihop aggregat och slangset.
5. Fortsätt enligt punkt 6 i alternativ B

Alternativ B

1. Trä slangkopplingens färgade kork på vänster ringfinger som en ring. Slangarna skall vara utåt mot handryggen.
2. Tag aggregatet i samma hand mellan tumme och pekfinger.
3. Tag bort jodhatten från aggregatet och släng den.
4. Fatta tag i slangkopplingen med höger hand och dra försiktigt så att den färgade korken lossnar.
5. Koppla ihop med aggregatet.
6. Öppna aggregatet och tappa ur magen.
7. Stäng aggregatet när magen är tom.
8. Sätt klämman på urtappningsslangen. Väg urtappningspåsen och notera vikten i påsprotokoll.
9. Bryt det gröna stiftet till den nya påsen, öppna klämman på urtappningsslangen och låt ren vätska rinna ner i tompåsen cirka 5 sekunder.
10. Stäng klämman.
11. Öppna aggregatet och fyll på ny vätska.
12. När vätskan runnit in, stäng aggregatet- sätt klämman på i-tappningsslangen.
13. Öppna en jodhattsförpackning, låt jodhatten ligga kvar i förpackningen.
14. Sprita händerna! Låt dunsta.
15. Greppa runt den ljusblå delen av aggregatet med vänster hand och skruva bort slangsetet med höger hand.
16. Släpp slangsetet, håll ett stadigt tag i aggregatet

17. Tag den nya jodhatten med höger hand ur den öppnade förpackningen och skruva på den på aggregatet.
18. Kontrollera vätskan i urtappningspåsen
 - Är den klar?
 - Finns det fibrintrådar?
19. Låt vätskan rinna ut i spol eller i toaletten.
20. Lägg ny påse på värmeplattan för nästa byte.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Emma Johansson, (emmjo34), Specialsjuksköt

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-193

Version: 7.0

Giltig från: 2024-07-12

Giltig till: 2026-07-10