

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2025-04-17

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Giltig till: 2027-04-17

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Loggbok dialysmaskin. Q Di 100 GMP

1 ex i avdelningspärm, samt i loggbok för respektive dialysmaskin

- 1. Kontroll/skötsel**
- 2. Checklista kontroll/skötsel**
- 3. Funktionsfel checklista åtgärd**
- 4. Instruktion och signeringslista för provtagning**
- 5. Åtgärder vid blodläckage**
- 6. Servicemeddelande**
- 7. Övrigt**

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÅL

Innehållsansvar: Eva-Lis Henriksson, (evahe47),
Vårdenhetschef

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-26

Version: 20.0

Giltig från: 2025-04-17

Giltig till: 2027-04-17