

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2025-11-04

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Giltig till: 2027-11-04

Godkänd av: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Innehållsförteckning Dialysmaskin

Bloddialys Q Di 100

1 ex i avdelningspärm

Q Di 100 GMP	Loggbok dialysmaskin
Q Di 101 GMP	Kontroll/skötsel av dialysmaskin 5008 6008
Q Di 103 GMP	Checklista kontroll/skötsel dialysmaskin 5008,6008
Q Di 104 GMP	Funktionsfel dialysmaskin
Q Di 105 GMP	Checklista för funktionsfel / åtgärd
Q Di 107 GMP	Instruktion för provtagning på Fresenius 5008, 6008
Q Di 108 GMP	Validering ny dialysmaskin
Q Di 109 GMP	Signeringslista för provtagning hemodialys, hemofiltrations vätska
Q Di 111 GMP	Blodläckage åtgärd
Q Di 132 GMP	Dialysmaskin som varit ur drift 5 dagar eller längre
Q Di 133 GMP	Dialysmaskiner uppställda i verkstaden
Q Di 135 GMP	Kvalificerings-valideringsrapport dialysmaskin HD/HDF
Q Di 136 GMP	Kvalificerings-valideringsrapport mobil vattenreningsanläggning
Q Di 137	Akutdialys utan RO-enhet
Q Di 138	Kontrollprogram hemodialysvätska HemHd
Q Di 139	Avpublicerad 251104
Q Di 140 GMP	Defibrillering av patient under pågående dialys
Q Di 141 GMP	Skyltrutin för dialysmaskin i verkstad Q Di 141

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Godkänd av: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-27

Version: 29.0

Giltig från: 2025-11-04

Giltig till: 2027-11-04