OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL
Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare
Godkänd av: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef
Giltig från: 2026-08-19
Giltig till: 2028-08-19

Innehållsförteckning Dialysmaskin Bloddialys Q Di 100

1 ex i avdelningspärm

Q Di 100 GMP	**Loggbok dialysmaskin**
Q Di 101 GMP	**Kontroll/skötsel av dialysmaskin 5008 6008**
Q Di 103 GMP	**Checklista kontroll/skötsel dialysmaskin 5008,6008**
Q Di 104 GMP	**Funktionsfel dialysmaskin**
Q Di 105 GMP	**Checklista för funktionsfel / åtgärd**
Q Di 107 GMP	**Instruktion för provtagning på Fresenius 5008, 6008**
Q Di 108 GMP	**Paus och avpublicerad tills (Validering ny dialysmaskin är aktuellt igen)**
Q Di 109 GMP	**Signeringslista för provtagning hemodialys, hemofiltrations vätska**
Q Di 111 GMP	**Blodläckage åtgärd**
Q Di 132 GMP	**Dialysmaskin som varit ur drift 5 dagar eller längre**
Q Di 133 GMP	**Dialysmaskiner uppställda i verkstaden**
Q Di 135 GMP	**Kvalificerings-valideringsrapport dialysmaskin HD/HDF**
Q Di 136 GMP	**Kvalificerings-valideringsrapport mobil vattenreningsanläggning**
Q Di 137	**Akutdialys utan RO-enhet**
Q Di 138	**Kontrollprogram hemodialysvätska HemHd**
Q Di 140 GMP	**Defibrillering av patient under pågående dialys**
Q Di 141 GMP	**Skyltrutin för dialysmaskin i verkstad Q Di 141**

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Godkänd av: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-27

Version: 30.0

Giltig från: 2026-08-19

Giltig till: 2028-08-19