

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL
Innehållsansvar: Tina Ladegaard, (tinla2), Sektionsledare
Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare
Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-11-03

Giltig till: 2027-11-03

Kontrollprogram hemodialysvätska, HemHd Q Di 138

1 ex i avdelningspärm

Provtagning för dialysmaskin enligt manual. Provtagningsfrekvens se lokala föreskrifter enligt:

Q Di 209

Q Di 210

Q Di 211

Q Di 212

Datum och provtagning dokumenteras och signeras på checklista Q Di 109

Provsvaret skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP vatten – Dialys och njursviktsmottagningen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Tina Ladegaard, (tinla2), Sektionsledare

Granskad av: Mary Dena, (marde36), Överläkare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-42

Version: 13.0

Giltig från: 2025-11-03

Giltig till: 2027-11-03