

Gäller för: Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2025-04-17

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Giltig till: 2027-04-17

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

# Defibrillering under pågående bloddialys

## GMP Q Di 140

---

1 ex i avdelningspärm

Dialysmaskinen är inte defibrillatorskyddad så om defibrillering utförs när patient är i dialys skall maskinen till tekniker för kontroll av elsäkerhet samt T1 test/uppstarts test.

Häng på skylt avställd för ”reparation” samt skriv i maskinens loggbok.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Dialysmottagning Munkedal, Dialys- och Njursviktsmottagning NÅL

**Innehållsansvar:** Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

**Granskad av:** Anna Bäck, (annba60), Apotekare

**Godkänd av:** Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** NU10066-406871065-44

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-04-17

**Giltig till:** 2027-04-17