

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Godkänd av: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Giltig från: 2026-09-03

Giltig till: 2028-09-03

Innehållsförteckning Q Di 200 serien

1 ex i avdelningspärm

Q Di 200 GMP	Vattenrening, systemspecifikation, skötsel och underhåll
Q Di 201	Ersätts av 202
Q Di 202 GMP	Ingångsvatten: mikrobiologisk, kemisk kontroll provtagnings anvisning
Q Di 203	Hemodialysvätska: Mikrobiologisk kontroll, endotoxin bestämning provtagnings anvisning
Q Di 204	Hemodialysvätska: Kemisk kontroll provtagnings anvisning
Q Di 205 GMP	Hemofiltrationsvätska: Kemisk kontroll provtagnings anvisning
Q Di 206 GMP	Hemofiltrationsvätska: Mikrobiologisk kontroll, endotoxin bestämning provtagnings anvisning
Q Di 207 GMP	Mikrobiologisk och endotoxin kontroll av vatten efter RO 1 och RO 2
Q Di 208 GMP	Kemisk kontroll av vatten efter RO 1 och RO 2
Q Di 209	HemHD, kommunalt vatten Hemodialysvätska: Mikrobiell kont, Endotoxin bestämning provtagning
Q Di 210	HemHD, egen brunn Hemodialysvätska: Mikrobiell kontroll, Endotoxin bestämning provtagning
Q Di 211	HemHD, kommunalt vatten Hemodialysvätska: Kemisk kontroll provtagning
Q Di 212	HemHD, egen brunn Hemodialysvätska: Kemisk kontroll provtagnings anvisning
Q Di 230 GMP	Västfastigheter tillgång på ingångsvatten
Q Di 234 GMP	Instruktion: För vattenanläggning CWP 1 och 2 Baxter
Q Di 239 GMP	Klorering ingångsvatten.

Q Di 247 GMP	Daglig drift CDS
Q Di 248 GMP	Byte av koncentratbehållare
Q Di 250 GMP	CDS Systemspecifikation skötsel och underhåll.
Q Di 254 GMP	Validering av vattenreningsanläggning
Q Di 255	Munkedal Kemisk kontroll av vtn efter Ro
Q Di 256	Munkedal Mikro endo kontroll av vtn efter Ro
Q Di 257	Munkedal Vattenförsörjning ingångsvatten Dialysmott
Q Di 258	Munkedal Vattenrening systemspecifikation
Q Di 259	Munkedal Aqua Boss Lauer vattenrening instruktioner
Q Di 260 GMP	Ej obehöriga i beredningsrum
Q Di 261 GMP	Risikanalys för tillverkning av Hemofiltrationsvätskor
Q Di 263	Munkedal ingångsvatten mikrobiologisk, kemisk kontroll provtagnings anvisning
Q Di 264 GMP	Rengöring och desinfektion av koncentratanläggning

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Godkänd av: Eva-Lis Henriksson, (evahe47), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-50

Version: 17.0

Giltig från: 2026-09-03

Giltig till: 2028-09-03