

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Giltig från: 2024-11-19

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Giltig till: 2026-11-12

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Ingångsvatten Mikrobiologisk kontroll

GMP Q Di 201

1 ex i avdelningspärm

Vattenleverantör

Leverantör av vatten till sjukhuset är Trollhättans EnergiAB (Vattenverket).
Västfastigheter ansvarar för vattenförsörjningen inom sjukhuset.
Se överenskommelse med Västfastigheter Q Di 230.

Kontaktperson: Kundservice Trollhättans Energi AB.

020 899000 (vardagar 8-16) akuta fel 0520 497400 (öppet dygnet runt)

Provtagning för ingångsvatten.

Mikrobiologi provtas av Vattenverket x 4 per år. Provpunkt är cafeterian vid huvudentrén.

Kopia på resultat mailas till Dialysmottagningen (dialystekniker, sakkunnig person, kvalitetsansvarig, funktionsbrevlåda)

Arkivering av provsvar

Dialysmottagningen arkiverar alla provsvar enl gällande föreskrift.

Provsvaret kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska.
Provsvaret skannas in och sparas på Sharepointytan
"GMP Vatten - Dialys och njursviktsmottagningen"

Åtgärder vid överskridna mikrobiologiska gränsvärden:

Kontakta VEC/kvalitetsansvarig, sakkunnig person samt MLA som tillsammans bedömer provsvaren och lämpliga åtgärder.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Dialys- och Njursviktsmottagning NÄL

Innehållsansvar: Anita Fredriksson, (anifr), Sektionsledare

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Monica Olsson, (monol25), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10066-406871065-52

Version: 9.0

Giltig från: 2024-11-19

Giltig till: 2026-11-12