

Gäller för: Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL
Innehållsansvar: Sofia Berglund, (sofbe28), Ivasjuksköterska
Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-08-14

Giltig till: 2026-08-14

Nutritionssond – röntgenkontroll av läge

Revidering i denna version

- Inga förändringar i uppdateringen.

Bakgrund

Det finns risk vid nedläggning av tunn nasogastrisk Flocare sond med ledare att sonden hamnar fel och istället lägger sig i luftvägarna.

Syfte

Att alla nutritionssonder som sätts ska ha ett korrekt läge.

Vilka berörs

Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor på IVA.

Metod

Alla nutritionssonder ska röntgenkontrolleras efter nedläggning för att läget ska verifieras. Sonden får inte användas förrän läkare har sett röntgensvaret eller bilden och rapporterat det till berörd personal. Ledaren ska dras när sonden är satt och innan röntgen genomförs.

Man får ej föra ner ledaren igen på en sond som är nedlagd i patienten pga. risk för perforation.

Dokumentation

Nedläggning av nutritionssond dokumenteras i CCC.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Intensivvårdsavdelning 26 IVA NÄL

Innehållsansvar: Sofia Berglund, (sofbe28), Ivasjuksköterska

Granskad av: Katarina Strid, (katst), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10086-1525759947-160

Version: 11.0

Giltig från: 2024-08-14

Giltig till: 2026-08-14