

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL
Innehållsansvar: Linda Ahlqvist, (liner4), Sektionsledare
Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare
Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-12

Giltig till: 2027-02-12

Checklista implantat

Revidering i denna version:

Ingen revidering.

Bakgrund

Då det förekommit att fel implantat har implanterats behövs en tydlig rutin för en säker hantering.

Syfte

Att säkerställa hanteringen av implantat vid ortopedoperationer för att undvika förväxling.

Vilka berörs

All personal inklusive opererande läkare, Operation NU-sjukvården.

Rutin

- Före operationsstart kontrollerar operationssköterskan och undersköterskan att rätt implantat är framtaget till operationssalen. Protes/implantat modell, sida vä/hö, storlekar, längder, grovlek, inner/ytterdiametrar och på femurproteser halslängd och grovlek.
- Gör en timeout under operationen innan insättning av implantat.
- Operatör och operationssköterska kontrollerar gemensamt uppgifter om protes/implantat, både på förpackningen och på protes/implantatdelarna. Operatören/och operationssköterska skall läsa implantatstorleken på förpackningen och implantatet innan insättandet i patienten. D v s läsa och motläsa. All personal ska också kontrollera så att utgångsdatum inte har passerat.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Linda Ahlqvist, (liner4), Sektionsledare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-109

Version: 7.0

Giltig från: 2025-02-12

Giltig till: 2027-02-12