

Gäller för: Uppvakning 3 Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2024-10-22

Innehållsansvar: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Giltig till: 2026-10-22

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Ventrikelsond

Revidering i denna version:

Ingen revidering.

Syfte

Att ha en enhetlig rutin för nedsättning av en ventrikelsond.

Ventrikelsond

Syftet med att sätta ner en ventrikelsond är att tömma ventrikeln på dess innehåll. Då pH-värdet är lågt i magsaften vill man förhindra att den kommer över i luftvägarna (aspiration). Där åstadkommer en liten mängd magsaft en kemisk inflammation som snabbt, p g a bakterierna vi har naturligt, övergår till att bli sjukdomsalstrande, en pneumoni.

Vid handventilering och CPAP-behandling är det vanligt att patienten får ner luft i ventrikeln, med illamående, kräkning och rapning som följd, vilket är ytterligare en risk för aspiration.

Ta fram:

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- Dubbellumensond 14F
- Ventil till luftningskanalen
- Sondspruta 60 ml
- En tub Xylocaingel 2%
- Häfta
- Uribag

Tillvägagångssätt; se [Vårdhandboken, Sondinläggning](#).

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Uppvakning 3 Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare, Elin Handfast, (eliol24), Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-288

Version: 4.0

Giltig från: 2024-10-22

Giltig till: 2026-10-22