

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2025-08-22

Innehållsansvar: Birgitta Andersson, (biran59), Anestesisjuksköterska

Giltig till: 2027-08-22

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Latexallergi operation Uddevalla

Revidering i denna version

Bakgrund och källor samt bilaga 1

Bakgrund

Latex framställs av mjölksaft som tappas från gummiträdet, *Hevea brasiliensis*. Latex finns bland annat i viss medicinteknisk utrustning och engångsmaterial. Produkter som rapporteras kunna framkalla symptom är bl a medicinska handskar, sjukvårdsmaterial som katetrar, kuffar, hushållshandskar, ballonger och kondomer. Latex kan vid hud- och slemhinnekontakt framkalla allergiska reaktioner hos sensibiliserade individer. Latexpartiklar kan spridas via luften t.ex om handskar innehållande latex används i ett rum. Allergi mot latex har associerats med korsreaktioner mot vissa frukter. En mindre andel av dem med latexallergi reagerar på bananer, avokado, ätlig kastanj och kiwi. Personer med exem/atopiker har en ökad risk för sensibilisering, liksom de som utsatts för frekvent kirurgi eller urinvägskateterisering med latexkatetrar, i barnåren, t.ex. patienter med ryggmärgsbråck och urinvägsmisbildningar

Svårighetsgraden är starkt varierande med allt från lindriga nässelutslag, kontaktdermatit till generella reaktioner av anafylaktisk karaktär. Det är okänt vilken dos av latex som behövs för att sensibilisera och det går inte heller att förutse vem som kommer att utveckla en anafylaktisk reaktion.

Syfte

Att säkerställa vilka produkter som innehåller latex för att kunna ge en säker vård till de patienter som har latexallergi.

Vilka berörs

All personal på operation Uddevalla.

Åtgärder vid känd eller misstänkt latexallergi

- När det gäller läkemedel med gummimembran, så måste vi förutsätta att de *inte* är latexfria om inte annat anges i FASS.
 1. **I första hand:** Använd inte dessa flaskor alls, utan använd alternativa förpackningar.
 2. **I andra hand:** Ta bort korken och dra direkt ur flaskan, istället för att sticka genom membranet. Viktigt att ordinerande/ansvarig läkare medvetandegörs om att läkemedlet har funnits i flaska med gummimembran.
- Beredskap för allergisk reaktion ska alltid finnas när vi vårdar dessa patienter.
- Uppdukning av instrument görs alltid med latexfria handskar.
- Informera operatören i förekommande fall om att latexfria alternativ inte finns t.ex.
- Märk sängen ”Latexallergi” i sänghallen för extra uppmärksamhet.
- Inget behov av speciell städning av operationssalen.
- Se bilaga 1 om vilka produkter som innehåller latex hos oss på operation i Uddevalla.
- **Ha dock alltid som rutin att läsa på förpackningar på de material som används då du har en patient med latexallergi. Detta på grund av att produkter och material ofta byts ut på vår avdelning.**

Källa och lästips

Forebyggelse af latexallergi. Redogørelse og vejledning.
Sundhedsstyrelsen 2003. (danska socialstyrelsen)

<https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/allergi-och-overkanslighet/frukt-och-gronsaker1> hämtad 230621

Menesis, V., Parenti, S., Burns, H., Adams, R. (2020). Latex allergy guidelines for people with spina bifida. *Journal of pediatric Rehabilitation Medicine*, 13, (601-609).

Nettis, E., Casella, R., Incorvaia, C., Miniello, A. (2022). *Secondary prevention of latex allergy. Allergy and Clinical Immunology*, 22(4), 250-256.

Parisi, C. et al. (2021). Update on latex allergy: New insights into an old problem. *World Allergy Organization Journal*, 14 (8), 1-14

Wrangsjö, K et al, (2013). Latexallergi är ett problem för både vårdpersonal och patienter. *Läkartidningen*, 110, 29-31.

Bilaga 1

Material som innehåller latex:

- **Biogel – handskar**
- **Foleykateter och Roberts kateter**
- **Gammex – handskar**
- **Gummiligatur McGivney**
- **Uretärocklusionskateter Rüsç**

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Birgitta Andersson, (biran59),
Anestesisjuksköterska

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-318

Version: 8.0

Giltig från: 2025-08-22

Giltig till: 2027-08-22