

Akut avdocking vid pågående robotkirurgi med Versius

Revidering i denna version

Ny rutin.

Syfte

Att praktisera en enhetlig handläggning vid akut avdocking under pågående robotkirurgi vid HLR-situation och/eller okontrollerad blödning.

HLR vid pågående robotkirurgi

- Anestesisjuksköterska uppmärksammar alla på salen om en Hjärtstopp situation.
- Anestesisjuksköterska höjer syrgasen på ventilatorn till 100%.
- Undersköterska på sal
- larmar på den blåa larmknappen för att påkalla fler personal från operationsavdelningen,
- och ringer växelns larmnummer 2222, ange "[Akutlarm på operation](#)", vilken sal samt sjukhus.
- Första person som anländer till salen hämtar akutvagn med defibrillator.
- Huvudoperatör bekräftar högt och tydligt till alla i teamet när instrumenten är fria och kan dras.
- Assistent och operationssjuksköterska lossar robotinstrumenten. Assistenten drar portarna.
- Assistent och operationssjuksköterska flyttar robotenheterna. Prioritera att få vänstersidan av patienten fri först.
- Assistenten bekräftar till anestesisjuksköterskan att instrumenten har dragits ur patienten.
- Anestesisjuksköterska planar bordet.
- Om sidoläge leder anestesisjuksköterskan vändning till rygg.

- Assistenten startar HLR.
- Följ [handlingsplanen för A-HLR](#).
- Operationssjuksköterska täcker op-sår med 75:a.
- För att kunna arbeta effektivt är det viktigt att endast de personer som behövs för att utföra effektiv HLR stannar kvar på salen. Andra kan vänta på eventuella uppdrag utanför salen.

Okontrollerad blödning vid pågående robotkirurgi

- Huvudoperatör uppmärksammar alla på salen högt och tydligt om en okontrollerad blödning med behov av akut avdockning , och bekräftar när instrumenten är fria och kan dras.
- Assistent och operationssjuksköterska lossar robotinstrumenten. Assistenten drar portarna.
- Assistenten flyttar robotenheterna på båda sidorna.
- Undersköterska på sal
 - larmar på den blåa larmknappen för att påkalla fler personal från operationsavdelningen,
 - och ringer växelns larmnummer 2222, ange “[Akutlarm på operation](#)”, vilken sal samt sjukhus.
- Undersköterska plockar fram rock samt handskar till huvudoperatör.
- Huvudoperatör klär sig sterilt.
- Assistenten bekräftar till anestesijuksköterskan att instrumenten har dragits ur patienten.
- Anestesijuksköterska planar bordet.
- Operationssjuksköterskan prioriterar att få fram konverteringsmaterial med hjälp av undersköterskan.
- Om möjligt ta fram armarna på armbord.
- Operationspersonal som kommer på larmet
 - ringer efter ytterligare kompetens om det behövs,
 - hämtar konverteringsmaterial och instrumentbord,
 - kopplar sug, diatermi,
 - tar emot instrumentgaller i retur osv.

Innehållsansvariga:

Josefine Olsson, anestesijuksköterska, operation NÄL

Maria Normann, överläkare, kirurgimottagningen

Elin Salonen, specialistläkare, AnOpIVA, NÄL

Lisa Löf, överläkare, kvinnosjukvård

Granskare:

Lars Brühne, överläkare, AnOpIVA NÄL

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus, Operation NÄL

Innehållsansvar: Josefin Olsson, (josol17),
Anestesisjuksköterska

Godkänd av: Lars Brühne, (larbr6), Överläkare

Dokument-ID: NU10093-645455372-320

Version: 1.0

Giltig från: 2026-08-27

Giltig till: 2028-08-26