

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus, Radiologisk mottagning NÄL

Giltig från: 2024-09-30

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2026-09-30

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Ventrikel – Siemens Artis Zee

Metodbok Konventionell röntgen/genomlysning

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Metod flyttad från intervention till konventionell röntgen/genomlysning.

Inför undersökningen

Frågeställning

Förberedelser

Fasta 6 timmar innan undersökningen

Strålskydd

Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.4 i [Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#)

Arbetsplats

Siemens Artis Zee

Bord

Stående samt liggande

Detektor

Framför patienten
Strålriktning: PA

Läkemedel

Kontrast: Liquid Polibar Plus
Samarin, för gasframställning

Beredning av kontrast

Liquid Polibar Plus späds med vatten i proportionerna 1:1.
Skriv datum på flaskan, hållbarhet 10 dagar.

Övrigt

Om läkaren ska utföra undersökningen inne på labbet ta fram manöverpanel och monitor.

Undersökning

- Tillvägagångssätt**
1. Patienten står i röntgenstativet med ryggen emot bordet.
 2. Patienten får dricka kontrast.
 3. Läkaren utför bildtagning

Bildtagning Frontal, sidoprojektioner i olika lägen. Se:
[Ventrikel- och duodenalpassage, vuxen - metodbeskrivning för läkare](#)

Efter undersökning

- Dokumentation i RIS**
- Fyll i Farmaka i undersökningskortet.
 - Start-stopptid – ansvarig ssk/usk kommer då med.

Eftervård Patienten ska dricka rikligt efter undersökningen, om inga kontraindikationer finns. Detta för att förhindra förstoppning.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus, Radiologisk mottagning NÄL

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1537046713-582

Version: 2.0

Giltig från: 2024-09-30

Giltig till: 2026-09-30