

Uppdragsbeskrivning - Gasombud, Radiologi Uddevalla

Syfte/Sammanfattning

Tydliggöra ansvarsområdet gasombud.

Vårdgivaren har det yttersta ansvaret för den medicinska gasanläggningen.

Fastighet, stöd och service har driftansvar för medicinska gasanläggningar.

Verksamhetschef/avdelningschef ansvarar för att det finns rutiner för medicinsk gasanläggning med tillhörande utrustning och att dessa är kända och efterföljs.

Vårdpersonal som använder medicinsk gasanläggning har ett ansvar för hur man använder gasanläggningen. I det ansvaret ingår att läsa och arbeta enligt de rutiner som finns, ex sjukhusets gashandbok samt lokala rutiner.

Avdelningschef på enheten utser lokalt gasombud, som ska hålla sig uppdaterad på nyheter och rutiner inom NU-sjukvårdens ansvarsområde medicinska gaser. Ansvarar även för att enhetens lokala rutiner är kända och uppdateras vid förändringar.

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Tillsyn av medicinska gaser

Kontroll av rutiner för gashantering utförs inom det ordinarie egenkontrollsystemet på vårdinrättningen.

För mer information se, [Gashandbok – NU-sjukvården](#)

Ansvar:

- Gasombud stödjer avdelningschef i ansvaret att personalen utbildas i lokala rutiner och har god kunskap och kännedom kring medicinska gaser.
- Gasuttagen kontrolleras dagligen av undersköterska, se rutin [Kontroll av sug och syrgas på labben – Uddevalla](#).
 1. Gasombud ansvarar tillsammans med avdelningschef/teamledare för felanmälningar om gasuttagen läcker, pyser eller annan felsökning krävs. Om ett gasuttag pyser utan att någon utrustning sitter i måste detta anmälas omedelbart till (Fastighet, stöd och service) om Medicinteknisk utrustning sitter i görs anmälan till MT.
- Instruera nya medarbetare hur man kopplar in reservgas vid driftstörning, reservgasflaskor finns på akutvagnen. Dessa ska kontrolleras 1 gång i månaden. Det finns också två mobila reservflaskor i skåpet administrationskorridor. Vid planerade stopp förser Fastighet, stöd och service oss med reservflaskor.

Utbildning

I Lärportalen finns webbaserad utbildning som är obligatorisk för alla ”Medicinska gaser, Linde”. Utbildningen innehåller både information kring gasflaskor och medicinska gasanläggning.

Gaslarm

I händelse av gaslarm ansvarar verksamhetens personal för att kontakta Fastighet, stöd och service. Personalen ska ha kännedom om var avstängningsventiler finns samt kunna stänga av i händelse av läckage eller annan fara.

Hantering av medicinska gaser vid brandfara

All vårdpersonal ska känna till hur och när man stänger av medicinsk centralgas lokalt och hur vi gör med reservgasflaskorna.

Se våra rutiner vid brand och utrymning:

[Brand och utrymning Röntgenavdelningen \(C-block\) – Uddevalla](#)

[Brand och utrymning MR \(CS₂-block\) - Uddevalla](#)

Tillbud eller olyckor där medicinsk eller annan gas är inblandad

Vid tillbud eller olyckor där medicinsk gas är inblandad ska anmälan göras i MedControl.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Hans Qvick, (hanqv), Vårdenhetschef

Godkänd av: Hans Qvick, (hanqv), Vårdenhetschef

Dokument-ID: NU10095-1537046713-634

Version: 1.0

Giltig från: 2026-04-24

Giltig till: 2028-04-24