

# Aspiration av kontrastmedel i lungorna

## Sammanfattning/Syfte

Rutin för åtgärder vid misstanke om risk för aspiration/läckage vid röntgenundersökning.

## Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

## Åtgärder

Vid misstanke om risk för aspiration/läckage vid undersökningen:

- Vattenlöslig kontrast bör användas.

Vid aspiration:

- Så fort man upptäcker aspiration eller kontrast i luftvägarna avbryts undersökningen.
- Undersökningen kompletteras med röntgen av lungor, frontaltbild, för att bedöma utbredningen och mängden av kontrast i luftvägarna.  
Vid behov tas även sidobild.
- Kontakta akuten (för NÄL) eller narkosjour/medicinjour (för Uddevalla) om patienter remitterade från primärvården aspirerat en större mängd kontrast.
- Remittenten informeras om patientens tillstånd och det inträffade.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Ann-Christine Frennius, (annan83),  
Överläkare

**Godkänd av:** Ann-Christine Frennius, (annan83), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-100

**Version:** 13.0

**Giltig från:** 2026-05-26

**Giltig till:** 2026-09-30