

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-03-20

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2027-03-20

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Buköversikt – Transitmätning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

Frågeställning Transitmätning

Arbetsplats Adora
T3

Detektor Potter med raster.

Ryms patienten på en detektor/bildplatta på längden tas det i första hand (diafragma-symfys ska vara med på bilden), annars två bilder på tvären som ska gå omlott.

Strålskydd Kvinnor mellan 15–50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet.

För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i [Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#)

Övrigt Patienten har svalt Transit-Pellets under 6 dagar.

Bildtagning

1. Frontal övre
2. Frontal nedre

Bildtagning

Frontal övre

Patienten i ryggläge.

Bilderna ska gå omlott.

Patienten ska hålla andan.

Kriterier

Diafragma ska vara med på bilden.

Frontal övre



Frontal nedre

Patienten i ryggläge.

Bilderna ska gå omlott.

Patienten ska hålla andan.

Kriterier

Symfysen ska vara med på bilden.

Frontal nedre



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-128

Version: 4.0

Giltig från: 2025-03-20

Giltig till: 2027-03-20