OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus
Innehållsansvar: Ewelina Nilsson, (eweni1), Sektionsledare
Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare
Giltig från: 2026-11-02
Giltig till: 2027-11-30

DT Ansikte mjukdelar K+ (809800)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

Indikationer	Tumör, metastaser, abscess, komplicerad otit/mastoidit m.m.
Förberedelser	• Kreatinin och GFR. • PVK, helst rosa.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	• Bolus 1: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Hals split bolus 1”. • Bolus 2: Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Hals split bolus 2”.
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	• Rygläge. • Huvudet mot gantryt. • Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. • Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Bildtagning


Scout → Bolus 1 → Bolus 2 50 s efter bolus 1 → Serie 1 2 min från start

Bild/serie	Inställning
Scout	Hakspets – skalltak.
1. Ansikte K+	↑ Hakspets – sinus frontalis överkant.



Reformatering

Projektion	Inställning
AX	Parallellt med hårda gommen.
COR	Vinkelrätt mot AX.
SAG	Parallellt med medellinjen. Vinkelrätt mot COR.






Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Ansikte K+	AX	5/3	B31/Detail/FC26-08	C40 W350	PACS
	COR	5/3	B31/Detail/FC26-08	C40 W350	PACS
	SAG	5/3	B31/Detail/FC26-08	C40 W350	PACS
	AX	0,6/0,6	B31/Detail/FC26-08	C40 W350	Syngo.via
↳ skelett	AX	1/1	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1



OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Ewelina Nilsson, (eweni1), Sektionsledare

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-147

Version: 10.0

Giltig från: 2026-11-02

Giltig till: 2027-11-30