OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus
Innehållsansvar: Ewelina Nilsson, (eweni1), Sektionsledare
Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare
Giltig från: 2026-11-02
Giltig till: 2027-11-30

DT Bråck ljumske (840706C)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.


Inför undersökningen

Indikation	Elektiv kartläggning av ljumskbråck. För obesa patienter (BMI > 30) används full stråldos, annars lågdos.
Förberedelser	Inga.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	• Bukläge. • Fötterna mot gantryt. • Armarna ovanför huvudet.

Bildtagning

Scout → Serie 1


Bild/serie	Inställning
Scout	Crista iliaca – trochanter minor.
1. Ljumskar K- (lågdos/fulldos)	↓ Nedre delen av SI-lederna – trochanter minor. *Patienten ska andas in, hålla andan och krysta.*




VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Reformatering

Projektion	Inställning
AX	Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t.ex. efter bäckenet). DFOV ska omfatta hela nedre buken med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen.
COR	Justeras så att anatomin blir symmetrisk.
SAG	Justeras så att anatomin blir symmetrisk.





Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Ljumskar K-	AX	0,6/0,6	Br40/Standard/FC08	C50 W450	Syngo.via/ PACS
(lågdos/fulldos)	COR	5/5	Br40/Standard/FC08	C50 W450	PACS
	SAG	5/5	Br40/Standard/FC08	C50 W450	PACS
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1



OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Ewelina Nilsson, (eweni1), Sektionsledare

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-160

Version: 12.0

Giltig från: 2026-11-02

Giltig till: 2027-11-30