

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-03-25

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-03-25

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

DT Bäckentmätning (854000)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.



Förändringar i denna version

Smärre justering.



Inför undersökningen

Indikation	Bäckentmätning.
Förberedelser	Inga.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	Kvinnor 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none"> • Rygggläge. • Fötterna mot gantryt. • Armarna ovanför huvudet. • Benen inåtrotterade och parallella. Fötterna ihop, gärna med band eller kudde.

Bildtagning

		
Bild/serie	Inställning	
Scout	Navel – mellersta femur.	
1. Bäckent K- (lågdos)	↓ Hela bäckenet. <i>Patienten ska andas in och hålla andan.</i>	

Reformatering

Projektion	Inställning		
COR	Vinklas 23° mot bordet, parallellt med främre delen av båda caput femoris. På Toshiba görs detta med funktionen "Rotate" där den sagittala serien vrids ett steg medurs.		
AX	Vinkelrät mot COR och parallellt med övre delen av båda caput femoris. DFOV ska omfatta hela bäckenet.		
SAG	Parallellt med kotpelarens längsaxel.		

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Bäcken K- (lågdos)	AX	15/3	Br60/Bone/FC30	C500 W3000	PACS
	COR	25/3	Br60/Bone/FC30	C500 W3000	PACS
	SAG	25/3	Br60/Bone/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	Br60/Bone/FC30	C500 W3000	Syngo.via/ PACS
	AX	0,6/0,6	Br40/Standard/FC08	C500 W3000	Syngo.via/ PACS
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1				
	Bäcken K- AX	Bäcken K- COR	Bäcken K- COR	Bäcken K- SAG

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-171

Version: 13.0

Giltig från: 2025-03-25

Giltig till: 2027-03-25