

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2024-11-13

Innehållsansvar: Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

Giltig till: 2026-11-13

Godkänd av: Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

DT Halsrygg (820000)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.



Förändringar sedan föregående version

Reviderat, justerat kernel Siemens X-cite.



Inför undersökningen

Indikationer	Skelettskada, felställning, destruktionser mm.
Förberedelser	Avlägsna eventuell tandprotes, örhängen, halsband etc.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none"> • Ryggläge. • Huvudet mot gantryt. • Huvudstöd i lägsta läget. • Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.

Bildtagning

		
Bild/serie	Inställning	
Scout	Ovanför ytterörat – Th1.	
1. Halsrygg K-	↓ Hörselgången – Th1. <i>Patienten ska andas lugnt och inte svälja.</i>	


Reformatering

Projektion	Inställning	
AX	Parallellt med disken C4-C5. DFOV ska omfatta hela kotorna och kotutskotten samt mjukdelarna prevertebralt (ca 150 mm).	
COR	Parallellt med kotpelarens längsaxel, vinkelrätt mot AX	
SAG	Parallellt med kotpelarens längsaxel.	
VRID DX och SIN	Vinklas cirka 45° åt höger och vänster så att foramina intervertebralia framträder tydligt.	

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Halsrygg K-	COR	1/1	Br40/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	SAG	1/1	Br40/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	VRID DX	1/1	Br40/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	VRID SIN	1/1	Br40/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	Br40/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS/ Syngo.via
	AX	0,6/0,6	Br60/Standard/FC08	C500 W3000	PACS/ Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1


Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

Godkänd av: Fredrik Wennerberg, (frew3), Specialistläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-205

Version: 10.0

Giltig från: 2024-11-13

Giltig till: 2026-11-13