

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-04-01

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-04-01

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

# DT Hjärna K- med ansiktsskelett elektiv (810000A & 815000)

## Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

## Förändringar sedan föregående version

Smärre förändringar under arkivering.

## Inför undersökningen

<b>Indikationer</b>	Samtidig undersökning av hjärna och ansiktsskelett.
<b>Förberedelser</b>	Inga.
<b>PO kontrast/dryck</b>	Ingen.
<b>IV kontrast</b>	Ingen.
<b>Strålskydd</b>	Se kapitel 4.2 och 5.2 i <a href="#">Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning</a>
<b>Patientposition</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ryggläge.</li><li>• Huvudet mot gantryt.</li><li>• Hjärna: Huvudstöd i högsta läget. Ansiktsskelett: huvudstöd i lägsta läget, hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget.</li><li>• Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.</li></ul>


## Bildtagning

		
<b>Bild/serie</b>	<b>Inställning</b>	
<b>Scout 1</b>	Hakspets – skalltak.	
<b>1. Hjärna K-</b>	↑ Skallbas– skalltak.	
<b>Scout 2</b>	Hakspets – skalltak.	
<b>2. Ansiktsskelett K-</b>	↑ Hakspets – sinus frontalis överkant.	
Serierna reformateras som vanligt och läggs på var sitt kort.		

## Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
<b>1. Hjärna K-</b>	COR	4/4	Hr36/Soft/FC26	C35 W80	PACS
	SAG	4/4	Hr36/Soft/FC26	C35 W80	PACS
	AX	0,6/0,6	Hr36/Soft/FC26	C35 W80	Syngo.via PACS
<b>2. Ansiktsskelett K-</b>	AX	0,6/0,6	Hr60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	COR	0,6/0,6	Hr60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	SAG	0,6/0,6	Hr60/Boneplus/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	Hr60/Boneplus/FC30	C500 W3000	Syngo.via PACS
	AX	0,6/0,6	Hr60/Standard/FC08	C500 W3000	Syngo.via PACS
<b>Scout</b>	-	-	-	-	PACS
<b>Dosrapport</b>	-	-	-	-	PACS

## Hängning PACS



# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Karin Nyberg, (karny7),  
Röntgensjuksköterska

**Godkänd av:** Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-211

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2025-04-01

**Giltig till:** 2027-04-01