

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-16

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-16

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

DT Maxilla/mandibel (815000E)

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.



Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.




Inför undersökningen

Indikationer	Osteonekros mm.
Förberedelser	Avlägsna eventuell tandprotes.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none"> Ryggläge. Huvudet mot gantryt. Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt.

Bildtagning

		
Bild/serie	Inställning	
Scout	Halsen – orbitas underkant.	
1. Maxilla/mandibel K-	↑ Mandibelns bas – halva sinus maxillaris.	


Reformatering

AX & COR maxilla/mandibel	SAG maxilla	SAG mandibel
		
Projektion	Inställning	
AX maxilla/mandibel	Parallellt med hårda gommen.	
COR maxilla/mandibel	Vinkelrätt mot AX.	
SAG maxilla	Parallellt med medellinjen. Vinkelrätt mot COR.	
SAG mandibel DX	Parallellt med corpus mandibulae dx.	
SAG mandibel SIN	Parallellt med corpus mandibulae sin. De sagittala snitten ska delvis överlappa varandra i medellinjen.	

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Maxilla/mandibel K-	AX	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
	COR	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	Syngo.via
	AX	0,6/0,6	B31/Standard/FC08	C500 W3000	Syngo.via
↳ Maxilla K-	SAG	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
↳ Mandibel K-	SAG DX	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
	SAG SIN	0,6/0,6	H75/Boneplus/FC35	C500 W3000	PACS
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-237

Version: 4.0

Giltig från: 2026-01-16

Giltig till: 2028-01-16