

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Giltig från: 2026-08-21

Giltig till: 2028-08-21

DT Skalle barn (808014P)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

Indikationer	- Barn (< 16 år). - Kraniofacial synostos mm.
Förberedelser	Inga. Undersökningen utförs på NÄL DT 9 eller 10 (Toshiba).
PO kontrast	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

Bildtagning

Patientposition	- Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i högsta läget. - Armarna längs sidorna, armarna neddragna så långt som möjligt.
Scout	Hakspets – skalltak.
Scanområde	↑ Hakspets – skalltak.
Delay	Ingen.

Arkivering


Tillägg: Hela kraniet ska inkluderas i de rekonstruerade serierna, men mandibeln ska utelämnas om längden på rekonstruktionen inte räcker till.

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Skalle K-	AX	0,6/0,6	FC30	C400 W2000	PACS
	COR	0,6/0,6	FC30	C400 W2000	PACS
	SAG	0,6/0,6	FC30	C400 W2000	PACS
	AX	0,6/0,6	FC30	C400 W2000	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

3D-rekonstruktioner

Görs av granskande radiolog, antingen i Syngo.via eller PACS, och sparas i PACS.

Hängning PACS



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-256

Version: 5.0

Giltig från: 2026-08-21

Giltig till: 2028-08-21