

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-19

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-19

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

DT Underben (870000)

Förändringar i denna version

Inga förändringar.



Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Inför undersökningen

Indikationer	Skelettskada, felställning mm.
Förberedelser	Inga.
PO kontrast/dryck	Ingen.
IV kontrast	Ingen.
Strålskydd	Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning
Patientposition	<ul style="list-style-type: none"> • Ryggläge. • Fötterna mot gantryt. • Det aktuella underbenet så nära isocenter som möjligt.

Bildtagning

		
Bild/serie	Inställning	
Scout	Ovanför knäleden – nedanför fotleden.	
1. Underben K-	↓ Hela underbenet.	

Reformatering

Projektion	Inställning	
AX	Vinkelrätt mot tibias längsaxel.	
COR	Parallellt med tibias längsaxel, framifrån – bak.	
SAG	Parallellt med tibias längsaxel, inifrån – ut.	

Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Underben K-	AX	3/3	B60/Bone/FC30	C500 W3000	PACS
	COR	3/3	B60/Bone/FC30	C500 W3000	PACS
	SAG	3/3	B60/Bone/FC30	C500 W3000	PACS
	AX	0,6/0,6	B60/Bone/FC30	C500 W3000	Syngo.via
	AX	0,6/0,6	B31/Standard/FC08	C500 W3000	Syngo.via
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

Hängning PACS

Layout 1		
	<p>Underben K- AX</p>	<p>Underben K- COR</p> <p>Underben K- SAG</p>

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-281

Version: 7.0

Giltig från: 2026-01-19

Giltig till: 2028-01-19