

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-01-21

Innehållsansvar: Karin Nyberg, (karny7), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-21

Godkänd av: Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

## DT Övre buk K+ (841800)

### Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

### Förändringar sedan föregående version

Reviderad, justerat kernel Siemens X-cite.



### Inför undersökningen

<b>Indikationer</b>	Kontroll av tumör, metastaser mm.
<b>Förberedelser</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Kreatinin</a> och GFR.</li> <li>• PVK, helst grön.</li> </ul>
<b>PO kontrast/dryck</b>	2 glas vatten precis innan undersökningen.
<b>IV kontrast</b>	Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect "Buk venös".
<b>Strålskydd</b>	<p>Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i <a href="#">Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning</a></p>
<b>Patientposition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ryggläge.</li> <li>• Fötterna mot gantryt.</li> <li>• Armarna ovanför huvudet.</li> </ul>

### Bildtagning

<b>Bild/serie</b>	<b>Inställning</b>	
<b>Scout</b>	Mamiller – höftleder.	
<b>1. Övre buk K+</b>	↓ Diafragma – crista iliaca. <i>Patienten ska andas in och hålla andan.</i>	




## Reformatering

Projektion	Inställning		
AX	Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t.ex. efter bäckenet). DFOV ska omfatta hela övre buken med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen.		
COR	Justeras så att anatomin blir symmetrisk.		
SAG	Justeras så att anatomin blir symmetrisk.		

## Arkivering

Bild/serie	Projektion	Snitt/ink.	Kernel (Siemens/GE/Toshiba)	Fönster	Arkiv
1. Övre buk K+	AX	0,6/0,6	Br40/Standard/FC08	C50 W450	Syngo.via/ PACS
	COR	5/3	Br40/Standard/FC08	C50 W450	PACS
	SAG	5/3	Br40/Standard/FC08	C50 W450	PACS
Scout	-	-	-	-	PACS
Dosrapport	-	-	-	-	PACS

## Hängning PACS

Layout 1		
		

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Karin Nyberg, (karny7),  
Röntgensjuksköterska

**Godkänd av:** Sverker Torgerson, (sveto1), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-290

**Version:** 12.0

**Giltig från:** 2026-01-21

**Giltig till:** 2028-01-21