OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus
Giltig från: 2026-10-21
Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare
Giltig till: 2028-10-21
Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Fot – Fraktur, frakturkontroll, osteit

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, mindre förändring.

Inför undersökningen

Frågeställning

- Fraktur
- Frakturkontroll
- Osteit

Strålskydd

Se kapitel 4.2 och 5.1 i
Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

Arbetsplats

Adora
T3

Detektor

Liten

Bildtagning

1. Frontal
2. Vridning
3. Sida

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Fotens anatomi



Bildtagning

Frontal

Patienten sitter alternativt ligger med böjt knä med foten på detektorn/bildplattan.

Vinkla 10–15° kaudalt alternativt använd snedkudde under detektor.

Centrera mitt på framfoten.

Kriterier:

- Väl inbländad bild.
- Sidomarkering synlig.

Frontal vänster



Frontal höger



Vridning

Patienten sitter alternativt ligger med böjt knä med foten på detektorn/bildplattan.

Behåll vinklingen från frontalen.

Vrid upp laterala sidan av foten cirka 30° alternativt vinkla röret 30° lateralt.

Centrera mitt på foten.

Kriterier:

- Leden mellan cuboideum och metatarsaler 4 och 5 samt cuneiformelederna ska friprojiceras.
- Sidomarkering synlig.

Vridning vänster



Vridning höger



Sida

Lateralsidan mot detektorn/bildplattan.

Centrera mitt på foten.

Kriterier:

- Hela foten med på bild.
- Sidomarkering synlig.

Sida vänster



Sida höger



OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-304

Version: 6.0

Giltig från: 2026-10-21

Giltig till: 2028-10-21