

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2026-03-18

Innehållsansvar: Ann-Christine Frendius, (annan83), Överläkare

Giltig till: 2028-03-18

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Kontroll och dokumentation vid röntgenundersökning

Syfte

Rutin för ansvar och kontroll av organ, rätt sida och sidomärkning samt godkännande av bildmaterial.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Åtgärder

Den som utför röntgenundersökningen ansvarar för att nedanstående rutiner utförs enligt följande:

Organ:

Kontrollera med patienten, vilket organ som ska röntgas. Om de uppger annat än vad som står på remissen, kontakta eventuellt remittenten. När det är uppenbart att patientens uppgifter är korrekta, anteckna i remissanteckningar de avvikelser du gör mot remissen. Ändra i undersökningskortet till rätt organ. *Ändra aldrig i remissen.*

Skriv en avvikelserapport i MedControl PRO.

Sidoangivelse:

Kontrollera med patienten vilken sida som ska röntgas. Om patienten uppger annat än vad som står på remissen läs under rubriken "Organ" ovan. Ändra i undersökningskortet i rutan SIDA, fyll i D eller S. *Ändra aldrig i remissen.*

Skriv en avvikelserapport i MedControl PRO.

Sidomärkning:

Alla undersökningar där det kan ske en sidoförväxling ska sidomärkas.
Den som utför undersökningen ansvarar för att bilderna blir märkta.
DX- och SIN-markeringen ska i möjligaste mån placeras på lateralsidan av organet.

Godkännande av bildmaterial:

Granskande läkare har ansvar för, och ska kontrollera, att ovanstående rutiner är utförda och att bilder och remiss stämmer överens med varandra. Om något fel upptäcks går materialet tillbaka till den utförande sjuksköterskan/läkaren eller till den granskande läkaren för korrigerings.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Ann-Christine Frennius, (annan83),
Överläkare

Godkänd av: Carl Hansen, (carha61), Enhetschef

Dokument-ID: NU10095-1819752655-367

Version: 7.0

Giltig från: 2026-03-18

Giltig till: 2028-03-18