

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-03-28

Innehållsansvar: Jesper Stenström, (jesst7), Medicinteknisk civilingenjör

Giltig till: 2027-03-28

Godkänd av: Christina Johansson, (chrer10), Vårdenhetschef

# Tillåtna patientvikter på undersökningsbord - NÄL

## Sammanfattning/syfte

Sammanställning över tillåtna patientvikter för undersökningsbord.

## Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

## NÄL

NÄL	Apparatur	Maxvikt kg
CT 8	GE Revolution Apex	227 kg
CT 9	Toshiba Aquilion Prime	300 kg
CT 10	Toshiba Aquilion Prime SP	300 kg
Lab 2, 11	Adora Mediel	250 kg utbredd last
Lab 3	Siemens Artis Zee	200 kg Bordet ska klara 340 kg vilket inkluderar 100 kg för hjärtkompression och 40 kg för tillbehör
Lab 5	Philips Azurion	250 kg <i>Bordet klarar 275 (patient + tillbehör) samt ytterligare 50 kg för HLR</i>
Lab 6	Philips Azurion	250 kg <i>Bordet klarar 275 (patient + tillbehör) samt ytterligare 50 kg för HLR</i>
Lab 12, 13	Mediel Triathlon T3	250 kg utbredd last 200 kg på änden på bordet

Lab 12, 13 (korridoren)	Mobilizer	200 kg
MR 1	Philips Ingenia Ambition	250 kg
MR 2	Siemens Magnetom Avanto 1,5 T	200 kg
Ultraljud 1	Undersökningsbrits Oscar	200 kg
Ultraljud 2, 3, akut ulj	Undersökningsbrits Hugo Multi	150 kg liggande på bordet

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning  
Uddevalla Sjukhus

**Innehållsansvar:** Jesper Stenström, (jesst7), Medicinteknisk  
civilingenjör

**Godkänd av:** Christina Johansson, (chrer10), Vårdenhetschef

**Dokument-ID:** NU10095-1819752655-479

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-03-28

**Giltig till:** 2027-03-28