

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-10-06

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2027-10-06

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Underben – Fraktur, utredning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

Frågeställning

- Fraktur
- Utredning

Strålskydd

Se kapitel 4.2 och 5.1 i

[Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#)

Arbetsplats

Adora
T3

Detektor

Stor

Bildtagning

1. Frontal övre
2. Frontal nedre
3. Sida övre
4. Sida nedre

Bildtagning

Frontal övre Patienten i ryggläge.
Benet rakt och foten i frontalläge.
Centrera mitt på underbenet.
Knäled och fotled ska vara med på bilden.
Ryms inte hela underbenet på detektorn/bildplattan komplettera enligt nedan.

Kriterier:

- Rak frontal.
- Knäleden ska vara med.
- Sidomarkering synlig.

Frontal övre höger



Frontal övre vänster



Frontal nedre Komplettering om inte hela underbenet ryms på detektorn/bildplattan.

Kriterier:

- Rak frontal.
- Fotleden ska vara med.
- Sidomarkering synlig.

Frontal nedre höger



Frontal nedre vänster



Sida övre

Patienten i sidoläge.

Benets lateralsida mot detektor/bildplattan.

Knäled och fotled ska vara med på bilden.

Rymt inte hela underbenet på detektor/bildplattan komplettera enligt nedan.

Kriterier:

- Knäleden ska vara med.
- Sidomarkering synlig.

Sida övre höger



Sida övre vänster



Sida nedre

Patienten i sidoläge.

Benets lateralsida mot detektor/bildplattan.

Kriterier:

- Fotleden ska vara med.
- Rak fotledssida
- Sidomarkering synlig.

Sida nedre höger



Sida nedre vänster



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5),
Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-490

Version: 4.0

Giltig från: 2025-10-06

Giltig till: 2027-10-06