Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL
Innehållsansvar: Helena Hugoson Grahn, (heljo20), Röntgensjuksköterska
Godkänd av: Malena Simonsson, (malla15), Överläkare
Giltig från: 2026-10-08
Giltig till: 2027-03-31

Reservrutin - Coronarangiografi, lab.6 – NÄL

Sammanfattning/syfte

Metodbeskrivning för interventionsundersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Utförs

Lab. 6, NÄL.

Förberedelser på röntgen

- Montera kabeln för artärtrycksmätning (finns längst ner i skåp 2 av 8 på långa glasskåpväggen).
  Kurvan för artärtryck kommer upp på monitorn när kabeln är på plats.
- Lägg armbrädorna under madrassen.
- Välj rätt patient i modalitet.
- Starta undersökningen i PACS efter kontroll av patient-ID.

Strålskydd

Kvinnor mellan 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet.

För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.4 i

Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

Kontrast

Omnipaque 350 mg I/ml eller Visipaque 320 mg I/ml

Bildtagning

Välj Kardiologisk.

Utförande

1. Vid kalibrering av artärtrycket - tryck på knappen ”Nollning” på övervakningsmonitorn (andra raden, längst till höger).
2. Sätt takarmen i M-position, placera röret mitt på skenan i taket.
3. Tryck på -0- på manöverpanelen för att få patienten i iso-center.
4. Testinjektion görs med handtag på kontrastpanelen.
   OBS! Sprutan måste vara armerad och injektorkoppling på.
5. Inför första exponeringen – välj ”Osäkra Multi” på touchpanelen.
6. Skicka bilderna till PACS genom att välja ”Avsluta procedur”.

Övrigt

Vid vissa vinklingar får man vara observant så kablarna inte fastnar i röntgenröret.

Dokumentation i PACS

- Skriv in aktuella läkemedel inkl. kontrast
- Skriv in använt material under ””Material i ””Journal
- Se till att rätt undersökningskort är gjort
- Stoppa undersökningen

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL

Innehållsansvar: Helena Hugoson Grahn, (heljo20), Röntgensjuksköterska

Godkänd av: Malena Simonsson, (malla15), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-7

Version: 5.0

Giltig från: 2026-10-08

Giltig till: 2027-03-31