

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning Uddevalla Sjukhus

Giltig från: 2025-01-20

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Giltig till: 2027-01-20

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Armbåge – Artros, frakturkontroll, utredning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar i denna version

Reviderad, länk till wikiradiography borttagen då VGR-IT inte tillåter denna sida.

Inför undersökningen

Frågeställning

- Artros
- Frakturkontroll
- Utredning

Strålskydd

Se kapitel 4.2 och 5.1 i [Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning](#)

Arbetsplats

Adora
T3

Detektor

Valfri

Bildtagning

1. Frontal
2. Sida

Bildtagning

Frontal

Armen utsträckt med dorsalsidan mot detektorn.

Centrera över leden.

Om patienten inte kan räta på armen tas två frontalbilder.

- En med överarmen mot detektorn.
- En med underarmen mot detektorn.

Alternativt vinkla för att komma in i leden.

Kriterier

Armbågsleden friprojicerad

Frontal höger



Frontal vänster



Sida

Armen i axelhöjd 90° vinkel.

Tummen uppåt.

Centrera över leden (om mediala humeruskondylen är utskjutande – lägg kilkudde under handloven för rak sida).

Kriterier

Armbågsleden friprojicerad.
Laterala och mediala epicondylen överprojicerade på varandra.

Sida höger



Sida vänster



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Radiologisk mottagning NÄL, Radiologisk mottagning
Uddevalla Sjukhus

Innehållsansvar: Sanna Axelsson, (sanpa5), Sektionsledare

Godkänd av: Marianna Fehér, (marfe24), Överläkare

Dokument-ID: NU10095-1819752655-98

Version: 6.0

Giltig från: 2025-01-20

Giltig till: 2027-01-20