

Gäller för: Ögonsjukvård
Innehållsansvar: Eva Axelsson, (evaax7), Teamledare
Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-06-03

Giltig till: 2028-06-03

Adenovirus - hygien vid infektion och smittomisstanke

Reviderat i denna version

Uppdatering under åtgärd och arbetsbeskrivning

Bakgrund

Adenovirus är ett virus som är motståndskraftigt mot många desinfektionsmedel inklusive tvål. Viruset kan spridas och infektera via otillräckligt desinfekterade ögoninstrument eller via personalens händer. Viruset kan överleva länge på ytor och händer.

Sammanfattning/syfte

Rutin gäller för ögonkliniken, Uddevalla sjukhus och syftet är att eliminera smittorisk (upprättad i samråd med Vårdhygien).

Åtgärder

För att avdöda viruset används Tristel Duo pelletter och linser mm och Virkon till ytor. Instrument diskas direkt i diskdesinfektor. Obs! ej i ultraljudsbad före disk.

Arbetsbeskrivning

Vid besök av patient med Adenovirus eller misstänkt Adenovirus:
Använd om möjligt endast *ett* undersökningsrum, undvik att flytta runt patienten på mottagningen.

1. Vid besöket

- Basala hygienrutiner
- Vid risk för kontakt med tårvätska använd handskar. Desinfektera händerna före och efter handskanvändningen. Byt handskarna ofta för att undvika kontamination av ytor och föremål.
- Använd om möjligt engångsinstrument.

2. Efter besöket

Desinfektion av ytor

Använd handskar. Fukta en engångsduk med Virkon och utför mekanisk bearbetning av de ytor som patient och personal kommit i kontakt med till exempel:

- Armstöd på patientstol
- Mikroskop: Hakstöd, pannband, joystick samt övriga skruvar på mikroskopet, mikroskopbord
- Tangentbord, mus
- Dörrhandtag
- Övriga tag-ytor i rummet som kan vara kontaminerade och ev. förberedelserum.

Instrument diskas direkt i diskdesinfektor. **Obs!** Ej i ultraljudsbad före disk!

Pelott- och lins-desinfektion

- Rengör med Tristel Duo enligt rutin.

Provbåge

- Fördela Tristel Duo över hela probbågen. När skummet försvunnit, eller minst 30 sekunder, skölj av probbågen och torka den.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Ögonsjukvård

Innehållsansvar: Eva Axelsson, (evaax7), Teamledare

Godkänd av: Martin Thiel, (marth43), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10102-675416934-4

Version: 19.0

Giltig från: 2026-06-03

Giltig till: 2028-06-03