


Gäller för: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam  
Innehållsansvar: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska  
Godkänd av: Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

Giltig från: 2025-10-03

Giltig till: 2027-10-03

## Knappbyte - uppdukning



1. **Xylocaingel** – Lägg en liten sträng på änden av knappen innan applicering.
2. **Kompress** – Som klipps ur för att passa runt knappen efter sättning (**endast vid behov**, bara om patienten specifikt önskar detta).
3. **Kompress** – Används för att torka med vid behov, ev. med vatten på.
4. **2st 10 ml sprutor** – Används för i – och ur kuffning.
5. **Sterilt vatten** – Används för att kuffa upp knappen väl på plats. 5-8ml.
6. **Knapp** – Leta fram rätt knapp storlek genom att titta i Melior. **Testa** alltid kuffen på knappen innan den tas i bruk med 5-8ml luft.

### OBS!

För **tydlighet i bilden** används grön duk och alla förpackningar är öppnade. Öppna **inte** förpackningar förrän du vet att de ska användas. Duka vagn med blått tunt underlag och lägg över ett ifall vagnen är förberedd en tid innan.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam

**Innehållsansvar:** Linn Ekekrantz Remnol, (linek21),  
Sjuksköterska

**Godkänd av:** Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

**Dokument-ID:** NU10103-2096068290-11

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-10-03

**Giltig till:** 2027-10-03