


Gäller för: Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam  
 Innehållsansvar: Linn Ekekrantz Remnol, (linek21), Sjuksköterska  
 Godkänd av: Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

Giltig från: 2025-12-06

Giltig till: 2027-12-03

## Provtagning cytologi, finspetspunktion



1. **Hylsa** – För cytologiglas. Behöver inte märkas med patientnamn/ID.
2. **Blyertspenna** – För att skriva på glas (5). Använd **INTE** annan penna än blyerts! Samt skriv på den sida av glaset där preparatet ligger. Namn och personnr ska skrivas ner.
3. **Klorhexidinsprit** – Till kompresser (4).
4. **Sprit-kompresser och sprut-fat** – Spritade kompresser till tvätt av huden innan stick.
5. **Objektglas**– Med frostad kant. Här ska det skrivas ner patientens namn och personnummer. Skriv på den frostade kanten.
6. **Utstryksglas** – Att stryka ut med.
7. **20ml spruta** – Sätts i Frantzéns hållare (9).
8. **3st svarta kanyler** – Sätts på sprutan (7), byt kanyl mellan varje stick. Tips: Låt kanylerna ligga kvar i förpackningarna för att lättare veta vilken som är använd.
9. **Frantzéns hållare** – Till spruta (7) för bättre grepp.
10. **Torra kompresser** - Används som tryck på insticksstället mellan sticken så det inte blöder.
11. **Plåster** – Till insticksstället när sticken är klara.

## **OBS!**

För **tydlighet i bilden** används grön duk och alla förpackningar är öppnade. Öppna **inte** förpackningar förrän du vet att de ska användas. Duka vagn med blått tunt underlag och lägg över ett ifall vagnen är förberedd en tid innan.

### Tillvägagångssätt

- Duka vagn enligt bild med en vanlig blå tunn pappersduk underst.
- Blå pappersduk sätts i halskragen på patientens tröja.
- Aktuellt insticksställe sprittorkas (4).
- Sprutan (7) sätts i hållare (9) med en svart kanyl (8). Kanylen byts mellan varje stick.
- 3 stick förs med utstryk på varje glas – läkaren gör detta.
- Torka bort ev. blod efter sticken är klara och sätt på plåster (11).
- Märk glaset (5) med patientens personnummer och namn i den vita frostade rutan på glaset. Samma sida som utstryket.
- Läkaren skriver cytologi remiss i datorn som ska med provet.
- Glasen stoppas ned i hylsan (1) med den frostade ändan uppåt.
- Viktigt att kontrollera ID-märkningen på glas och remiss gentemot patient, remissen ska signeras av läkare.
- Om det ska vara snabb svar eller SVF ska det fyllas i av läkare, SVF-kod VA9.
  - Kontrollera och fyll i remissen om det saknas uppgifter om:
    - Punktat från...
    - Antal glas
    - Provtagningsdatum + signatur
    - Luft- eller spritfixerat
- Vid känd blodsmitta ska remissen samt hylsan som glaset transporteras i märkas med gul klisterlapp "blodsmitta".

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Öron- näs- hals- och käkkirurgi gemensam

**Innehållsansvar:** Linn Ekekrantz Remnol, (linek21),  
Sjuksköterska

**Godkänd av:** Christin Apelman Lacandler, (chrap1), Enhetschef

**Dokument-ID:** NU10103-2096068290-52

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-12-06

**Giltig till:** 2027-12-03