

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus  
Innehållsansvar: Helén Persson, (helpe7), Sjuksköterska  
Godkänd av: Maria Edegran, (mared2), Överläkare

Giltig från: 2025-03-05

Giltig till: 2027-03-05

# Reservrutin Arbetsflöde Modalitet fungerar inte – Mammografiavdelningen

## Sammanfattning/syfte

Reservrutinen träder i kraft när modalitet Siemens Revelation inte fungerar.

På avdelningen finns en specifik plats där reservrutinspärmar och övrigt material, som behövs vid ett driftstopp, förvaras.

## Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

## Arbetsflöde på Mammografiavdelningen när modalitet Siemens Revelation inte fungerar

MT kontaktas av personal på lab.

## Screening på avdelningen

- Ombokning till annan modalitet om utrymme finns.
- Ny kallelse skickas till de kvinnor som inte kunnat bli undersökta denna dag.
- Om man hunnit påbörja bildtagning på en patient byt till annan modalitet och fortsatt undersökningen.

## Klinisk mammografi/Bröstmottagning/Selektioner

- Ombokning till annan modalitet om utrymme finns.
- Ny kallelse skickas till de kvinnor som inte kunnat bli undersökta denna dag.
- Om man hunnit påbörja bildtagning på en patient byt till annan modalitet och fortsatt undersökningen.

## Indikering

Ombokning till annan modalitet.

## Preparatröntgen

Ombokning till annan modalitet.

## MDK

Kan genomföras som vanligt.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Mammografienhet Uddevalla sjukhus

**Innehållsansvar:** Helén Persson, (helpe7), Sjuksköterska

**Godkänd av:** Maria Edegran, (mared2), Överläkare

**Dokument-ID:** NU10129-1655924590-44

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2025-03-05

**Giltig till:** 2027-03-05