

Gäller för: Mammografienhet Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2025-10-10

Innehållsansvar: Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

Giltig till: 2027-10-10

Godkänd av: Viktoria Martinsson, (vikma), Vårdenhetschef

# Arbetsrutin Mobil enhet – sjuksköterska

## Sammanfattning

Att tydliggöra arbetsuppgifterna på den mobila enheten för sjuksköterskan.

## Förändringar i denna version

Inga förändringar.

## Uppstart

- Starta röntgenapparaten.
- Starta datorn (PACS/arbetsstation).
- När röntgenapparaten är klar gör [Vecko- och månadskontroller av mammografiutrustning](#)

## Förberedelser inför undersökning

- Hämta patienten från väntrummet.
- Patienten ska ta av sig på överkroppen samt avlägsna eventuella smycken, piercing eller annat som kan störa bilden.
- Kontrollera ID, signera och starta undersökningen i PACS när kvinnan är i undersökningsrummet.

## Utförande av undersökning

- Man tar alltid Tvåbildsmammografi bilateralt, se metodbok.
- Intervjua kvinnan och fyll i Undersökningsformulär.
- Markera större hudförändringar, knöl, ärr, indragning i huden och implantat.
- Dokumentera övriga besvär under Anteckningar t ex. flour från mamill.

## Efter undersökningen

- Kontrollera att bilderna är rätt märkta med sidoangivelse.
- Stäng undersökningen på SYNGO, bilderna skickas till PACS.
- Stoppa undersökningen i PACS.
- Torka av detektorn och andra ytor som patienten har varit i kontakt med.  
Använd Ytdesinfektion.

## Övriga rutiner

- Vid dagens slut städa labbet; torka av ytor med Ytdesinfektion.
- Töm soppåsen inne på labbet vid behov.
- Kontrollera att alla bilder gått över till PACS.
- Fyll på material vid behov.
- Vid dagens slut stäng av röntgenapparat, dator.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Mammografienhet Uddevalla sjukhus

**Innehållsansvar:** Carina Bjelkengren, (carbj), Sjuksköterska

**Godkänd av:** Viktoria Martinsson, (vikma), Vårdenhetschef

**Dokument-ID:** NU10129-1655924590-6

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2025-10-10

**Giltig till:** 2027-10-10