

## Patientinformation

# Hudinfektioner vid perkutan benlednings-hörapparat (percBCD)/BAHA

Det hudgenomförande implantatet med distans som används för percBCD/BAHA skapar en möjlig ingång för bakterier vilket innebär risk för inflammation och infektion i huden runt distansen.

Grunden för att förebygga detta är en god rutin för daglig rengöring. Området runt implantatet ska dagligen rengöras med tvål och vatten. Det kan underlätta att använda en mjuk tvättilapp/alkoholfri våtservett.



## Hudirritation runt implantatet kan graderas enligt en 0-4 gradig skala:

<p><b><u>Grad 0</u> - Normal hud utan irritation</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Daglig rengöring enligt rutin</li></ul>	
<p><b><u>Grad 1</u> - Något rödaktig hud</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Daglig rengöring enligt rutin</li><li>•Smörj med salva Terracortril med Polymyxin B morgon och kväll i 5 dagar – om du inte redan har ett recept – kontakta ÖNH-mottagningen NÄL.</li><li>•Kontakta ÖNH-mottagningen NÄL vid utebliven förbättring efter 5 dagars behandling.</li></ul>	
<p><b><u>Grad 2</u> - Röd och lätt fuktig hud</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Kontakta ÖNH-mottagningen NÄL för råd om behandling.</li></ul>	
<p><b><u>Grad 3</u> - Rödkaktig och fuktig hud med granulation</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Kontakta ÖNH-mottagningen NÄL för råd om behandling.</li></ul>	

**Grad 4 - Omfattande hudreaktion**

- Kontakta ÖNH-mottagningen NÄL för råd om behandling.

